REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Sienkiewicza 3A
tel. 32 416 10 56 fax 32 415 33 81
NIP 639-17-25-979 REG. 000868514 (22)

ZAP/05/2021

Racibórz, 13.10.2021 r.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na **„Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy"**

Poniżej przekazuję treść otrzymanych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający wymaga by oferowany analizator był aparatem w pełni automatycznym, nie wymagającym ręcznego pipetowania?".

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga by oferowany analizator był aparatem w pełni automatycznym, nie wymagającym ręcznego pipetowania.

Pytanie 2:
„ Czy materiał kontrolny dla Czynnika VIII, Fibrynogen, PT i APTT (zał.2 pkt5) -powinien być rekonstytuowany standardowo, czyli nie dłużej niż 30 min?".

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza, że materiał kontrolny powinien być rekonstytuowany standardowo, czyli nie dłużej niż 30 min.

Pytanie 3:
„ Czy oferowane odczynniki powinny być oryginalnymi odczynnikami producenta analizatora?".

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza, że oferowane odczynniki powinny być oryginalnymi odczynnikami producenta analizatora.

Pytanie 4:
„ Czy podgląd krzywych reakcji w analizatorze powinien być dostępny z oprogramowania dla użytkownika również dla reakcji krzepnięciowych ?".

Odpowiedź:
Tak podgląd krzywych reakcji w analizatorze powinien być dostępny z oprogramowania dla użytkownika również dla reakcji krzepnięciowych.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

mgr Gizela Kowol