ZAP/09/2023

Racibórz, 17.11.2023 r.

# ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na **„Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII metodą chromogenną oraz wykonania badań Fibrynogen, APTT, PT wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy"**

Poniżej przekazuję treść otrzymanych pytań i udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty, poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@rckik.pl w postaci pliku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Prosimy o przychylenie się do naszej prośby z uwagi na fakt, iż zaproponowane rozwiązanie znacznie ułatwi przygotowanie i złożenie oferty.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@rckik.pl w postaci pliku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod warunkiem zabezpieczenia pliku hasłem, tak aby Zamawiający nie mógł zapoznać się z treścią oferty przed terminem składania ofert. W dniu otwarcia po godzinie 11:30 należy na ten sam adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@rckik.pl przesłać hasło do pliku w celu otwarcia oferty.

**Pytanie 2:**

„ Czy Zamawiający wymaga by oferowany analizator był aparatem w pełni automatycznym, nie wymagającym ręcznego pipetowania i stanowiącym osobną grupę porównawczą w obowiązkowym systemie kontroli jakości prowadzonym przez COBJwDL Łodzi?".

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga by oferowany analizator był aparatem w pełni automatycznym, nie wymagającym ręcznego pipetowania i stanowiącym osobną grupę porównawczą w obowiązkowym systemie kontroli jakości prowadzonym przez COBJwDL Łodzi.

**Pytanie 3:**

„ Czy oferowane materiały kontrolne dla Czynnika VIII, Fibrynogen, PT i APTT -powinny być rekonstytuowane standardowo, czyli nie dłużej niż 30 min?

**Odpowiedź:**
Tak, Zamawiający potwierdza, że materiał kontrolny powinien być rekonstytuowany standardowo, czyli nie dłużej niż 30 min.

**Pytanie 4:**
„ Czy oferowane odczynniki powinny być oryginalnymi odczynnikami producenta analizatora?".

**Odpowiedź:**
Tak, Zamawiający potwierdza, że oferowane odczynniki powinny być oryginalnymi odczynnikami producenta analizatora.

**Pytanie 5:**
„ Czy podgląd krzywych reakcji w analizatorze powinien być dostępny z oprogramowania dla użytkownika również dla reakcji krzepnięciowych ?".

**Odpowiedź:**
Tak podgląd krzywych reakcji w analizatorze powinien być dostępny z oprogramowania dla użytkownika również dla reakcji krzepnięciowych.

**Pytanie 6:**
„ Czy Zamawiający wymaga by test do D-dimerów był jakości pozwalającej na bezpieczne wykluczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) (w połączeniu z odpowiednią przedtestową ocena kliniczną) i miał potwierdzone w ulotce producenta przeprowadzone badania kliniczne w kierunku wykluczania ŻCHZZ, potwierdzające jego czułość kliniczną jak i negatywną wartość predykcyjną testu, blisko 100% ?".

**Odpowiedź:**
Tak, Zamawiający wymaga by test do D-dimerów był jakości pozwalającej na bezpieczne wykluczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (w połączeniu z odpowiednią przedtestową ocena kliniczną) i miał potwierdzone w ulotce producenta przeprowadzone badania kliniczne w kierunku wykluczania ŻCHZZ, potwierdzające jego czułość kliniczną jak i negatywną wartość predykcyjną testu, blisko 100%.

**Pytanie 7:**

„ Czy Zamawiający wymaga do czasu protrombinowego odczynnika opartego na tromboplastynie ludzkiej o ISI 1,0 +/- 0,1 (odczynniki tego typu stają się standardem we współczesnych laboratoriach)?".

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga do czasu protrombinowego odczynnika opartego na tromboplastynie ludzkiej o ISI 1,0 +/- 0,1.

KIEROWNIK DZIAŁU EKSPEDYCJI
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

*mgr Adam Rajman*
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej